



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องปั่นเหวี่ยงสำหรับแยกชั้นไขมัน

1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสำหรับแยกชั้นไขมัน ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor
2. มีหน้าจอแสดงเวลา อุณหภูมิ และความเร็วรอบในการทำงาน
3. สามารถเลือกความเร็วรอบในการปั่นเหวี่ยงได้ตั้งแต่ 600 ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,100 รอบต่อนาที
4. สามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 65 องศาเซลเซียส
5. สามารถตั้งเวลาในการปั่นเหวี่ยงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 นาที
6. สามารถเลือกโปรแกรมในการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3 โปรแกรม
7. สามารถใช้ปั่นเหวี่ยงกับอุปกรณ์หลอดแก้วโมจอนีเยร์ (mojonnier tube) ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 8 หลอด
8. มีระบบความปลอดภัย ดังนี้
  - 8.1 มีระบบล็อกฝาเครื่องปั่นแบบ Automatic interlocking safety lid หรือ cover lock
  - 8.2 ตัวเครื่องจะหยุดการทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อแรงเหวี่ยงไม่สมดุล
9. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
  - 9.1 หลอดแก้วโมจอนีเยร์ (mojonnier tube) จำนวน 100 อัน
  - 9.2 ชุดสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบ True online ขนาดไม่น้อยกว่า 2 KVA
10. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรท์ ได้
11. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด
12. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปีนับจากวันส่งมอบ
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


  
.....ประธานคณะกรรมการ  
(นายไพโรจน์ อึ้งอโภาส)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวภัทริน โอภาสชัยทัตต์)


  
.....กรรมการ  
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


  
.....กรรมการ  
(นางจริยา บุญจรัชชะ)

  
.....กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

  
.....กรรมการ  
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

  
.....กรรมการ  
(นายนฤเบศ เนินทอง)

  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุธานันท์)

  
.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายสรราช ชูกระชั้น)