


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Micropipette ขนาด 1,000 - 5,000 uL


1. เป็นอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายปริมาตร 1000-5000 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว
2. มีค่าความแม่นยำ ที่ปริมาตร 1000 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.70 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 2500 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.60 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 5000 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต์
3. มีค่าความเที่ยง ที่ปริมาตร 1000 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.30 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 2500 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.30 เปอร์เซ็นต์ และที่ปริมาตร 5000 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน 0.15 เปอร์เซ็นต์
4. แสดงปริมาตรเป็นตัวเลข
5. มีตัวปลดทึบ
6. ตัวอุปกรณ์ทำจากวัสดุที่สามารถ autoclave ที่อุณหภูมิ 121°C ได้ทั้งตัว
7. มีทึบ จำนวน 100 ชิ้น และกล่องสำหรับเสียบทึบ จำนวน 1 กล่อง
8. เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 17025 ที่ ปริมาตร 100, 500 และ 1000 ไมโครลิตร
9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
10. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
11. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 Series
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. ส่งมอบเครื่อง พร้อมใบผ่านการสอบเทียบ Micropipette และทดลองงานใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรม ปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)



.....กรรมการ
(นางสาวภัทริน โอภาสชัยทัตต์)


.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางจรรยา บุญจรัสชะ)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรawat ชูกระชั้น)

