



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร


1. เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบฝาเปิดด้านบน มีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร มีล้อ 4 ล้อ ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ ไมโครโปรเซสเซอร์ และมีจอแสดงค่าเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. ผนังภายในห้องนึ่งทำด้วยโลหะสแตนเลส มีมาตรสำหรับวัดความดันภายในห้องนึ่งด้านหน้าเครื่อง และมีวาล์วสำหรับระบายความดันและไอน้ำ
3. ตัวเครื่องมีสวิตช์ เปิด-ปิด สามารถตั้งอุณหภูมิในการฆ่าเชื้อได้ตั้งแต่ 105 องศาเซลเซียส ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 135 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานที่มีความดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.25 Mpa หรือ 2.0 kg/cm²
4. สามารถตั้งเวลาในการฆ่าเชื้อได้ตั้งแต่ 0 ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 99 นาที
5. มีท่อระบายน้ำทิ้ง
6. มีระบบความปลอดภัย ดังนี้
 - 6.1 มีระบบล๊อคฝาปิด เมื่อภายในห้องนึ่งยังมีความดันและอุณหภูมิสูง
 - 6.2 มีระบบป้องกันอุณหภูมิในห้องนึ่งสูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้
 - 6.3 มีระบบป้องกันความดันในห้องนึ่งสูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้
 - 6.4 มี Safety Valve ช่วยระบายแรงดันภายในห้องนึ่งที่สูงเกินไป
7. มีตะกร้าสำหรับใส่ของที่จะนึ่งทำด้วยสแตนเลส ขนาดที่สามารถใส่ในห้องนึ่งได้พอดี จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใบ
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้
10. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. ส่งมอบเครื่องพร้อมใบรับรองการผ่านการสอบเทียบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)



กรรมการ
(นางสาวภัทริน โสภาสชัยทัตต์)



กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



กรรมการ
(นางจิริยา บุญจรรย์ชะ)


กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญกุล)


กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรawat ชูกระชั้น)

