



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องเขย่าสารละลายในไมโครเพลท ชนิดเขย่าได้ 4 เพลท


1. เป็นเครื่องเขย่าสารละลายแบบตั้งโต๊ะ ชนิดสั่นสะเทือน หรือ แบบวงรี (orbit)
2. สามารถเขย่าภาชนะได้หลายชนิด โดยเฉพาะ ELISA plate ชนิด 96 หลุม สามารถวางได้พร้อมกันครั้งละ 4 เพลท
3. ปรับความเร็วรอบในการเขย่าได้อย่างต่อเนื่อง ได้ในช่วง 300 - 1,350 รอบต่อนาที โดย ความกว้างของการเขย่ามีขนาด 3 มิลลิเมตร
4. ภาตรองรับ (platform) มีขนาด กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 220x220 มิลลิเมตร
5. ตั้งเวลาในการทำงานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 120 นาที มีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อหมดเวลา
6. มีระบบป้องกันความร้อนสูงเกินกำหนด อันเกิดจากการเขย่า
7. ตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ในสภาวะที่อุณหภูมิห้องมีอุณหภูมิในช่วง 4 องศาเซลเซียส ถึง 45 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 80%
8. รับน้ำหนักขณะทำงานได้ถึง 2 กิโลกรัม
9. มีถาดเขย่าพร้อมแผ่นกันลื่น หรือ ที่ล๊อค สามารถวางไมโครเพลทได้ 4 เพลท จำนวน 1 อัน
10. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรท์
11. รับประกันการใช้งาน 1 ปี
12. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละจำนวน 1 ชุด
13. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CF
14. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
15. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
16. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


  
ประธานคณะกรรมการ  
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


  
กรรมการ  
(นางสาวภัทรีน โสภาสชัยทัตต์)


  
กรรมการ  
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


  
กรรมการ  
(นางจรียา บุญจรัสชะ)

  
กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริตันธัญญะกุล)

  
กรรมการ  
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

  
กรรมการ  
(นายนฤเบศ เนินทอง)

  
กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุธานันท์)

  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)