

คท. 83/59

คท. 56/60

คท. 58/61

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 280 ลิตร


1. เป็นตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 280 ลิตร ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้าและมีสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
2. ผนังด้านนอกของตัวตู้ทำด้วยโลหะเคลือบสีกันสนิม ผนังด้านในทำด้วยโลหะสแตนเลส
3. ภายในตู้มีชั้นวางสแตนเลสไม่น้อยกว่า 4 ชั้น สามารถปรับระดับได้และสามารถติดตั้งเพิ่มได้ไม่น้อยกว่า 9 ชั้น
4. ที่ฐานตู้มีล้อ 4 ล้อ ช่วยให้สะดวกในการติดตั้งและการเคลื่อนย้าย
5. มีช่องเปิดพร้อมฝาเกลียวหรือจุกปิด
6. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 ถึงไม่น้อยกว่า 65 องศาเซลเซียส มีค่า Fluctuation ไม่นเกิน ± 0.1 เคลวินหรือองศาเซลเซียส และมีค่า Uniformity ไม่นเกิน ± 0.1 เคลวินหรือองศาเซลเซียส
7. มีระบบหมุนเวียนอากาศแบบผสม Combine Forced and natural convection
8. สามารถตั้งโปรแกรมของอุณหภูมิในการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั้นและตั้งเวลาในการทำงานได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง ถึงไม่น้อยกว่า 99 ชั่วโมง
9. มีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงเกิน
10. มีสัญญาณเตือน กรณีมีความผิดปกติของอุณหภูมิ
11. มีชุดสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 KVA ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานมอก.1291-2545 และต้องสามารถรองรับการทำงานของตู้บ่มเชื้อได้
12. เป็นเครื่องที่ได้รับการสอบเทียบที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ณ สถานที่ติดตั้งเครื่องโดยมีค่า Uncertainty ไม่นเกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
13. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
14. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
15. รับประกันคุณภาพ 2 ปีและบริการตรวจสอบการทำงานของเครื่องทุก 6 เดือนในระหว่างการรับประกัน นับจากวันที่ส่งมอบ
16. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
17. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
18. ส่งมอบ ติดตั้งและทดสอบ จนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขอเสนอให้ใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569





ขออนุมัติให้ใช้สำหรับปีงบประมาณ 2561





ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)



กรรมการ
(นางวัลลรัตน์ เกียรติยิ่งคุสิ)



กรรมการ
(นางกิ่งดาว หมอแก้ว)



.....กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ชร บุญมีเกษมสันต์)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทรานันท์)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายสราวุธ ชูกระชั้น)