

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นเซลล์และเนื้อเยื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบอัตโนมัติ

1. เป็นเครื่องปั่นเซลล์และเนื้อเยื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบอัตโนมัติ
2. มีฝาปิดสามารถล็อกได้ สำหรับป้องกันฝาเปิดหรือหลุดออกมาในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
3. สามารถใช้กับเนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว์ หรือ microorganism ได้
4. สามารถใส่หลอดตัวอย่างขนาด 0.5 หรือ 2.0 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 24 หลอด หรือ ขนาด 5 มิลลิลิตรได้ไม่น้อยกว่า 12 หลอด
5. ความเร็วในการปั่นไม่น้อยกว่า 4,000 rpm หรือไม่น้อยกว่า 0.8 m/s
6. สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 50 โปรแกรม
7. สามารถกำหนดรอบในการปั่นได้อย่างน้อย 10 ระดับ
8. สามารถกำหนดระยะเวลาในการปั่นในแต่ละรอบได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 วินาที
9. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตได้
10. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. ส่งมอบ และทดสอบจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใบมีดของเครื่องปั่นเซลล์



..... ประธานคณะกรรมการ

(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

..... กรรมการ

(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคัลลี)

..... กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... กรรมการ

(นางฉลภา พิทักษ์สินสุข)

..... กรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

..... กรรมการ

(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

..... กรรมการ

(นายณฤเบศ เนินทอง)

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)

