




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร


1. เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า สามารถควบคุมอุณหภูมิ และความเร็วยรอบ ด้วยระบบ PID Microprocessor หรือ Integrated Digital PID Controller และแสดงค่าเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. โครงสร้างภายนอกทำด้วยโลหะสแตนเลสหรือโลหะเคลือบสี และภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส มีขนาดภายใน ไม่น้อยกว่า 600 x 360 มิลลิเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 190 มิลลิเมตร ความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
3. มีฝาปิด-เปิดทำด้วยโลหะสแตนเลส มีลักษณะเป็นทรงจั่ว หรือแบบ gable
4. สามารถตั้งอุณหภูมิตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึงไม่น้อยกว่า 95 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
5. มีค่าความแม่นยำของอุณหภูมิ (Temperature accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
6. สามารถตั้งความเร็วรอบในการเขย่าได้ตั้งแต่ 20 ถึงไม่น้อยกว่า 120 รอบ/นาที
7. มี circulating pump ช่วยในการหมุนเวียนของน้ำ
8. มอเตอร์เป็นแบบไม่ใช้แปรงถ่านโดยไม่ต้องบำรุงรักษา
9. มีระบบความปลอดภัยของเครื่อง เมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่ตั้งไว้
10. มีถาดวางพร้อมที่ยึดจับพลาสติกหรือหลอดทดลองแบบสปริงทำจากโลหะสแตนเลส สามารถยึดจับพลาสติก ขนาดต่างๆ ได้ สูงสุดถึง 2 ลิตร
11. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
12. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรท์ ได้
13. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสอบเทียบที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
15. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 Series
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
17. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
18. ส่งมอบพร้อมใบรับรองผลการการสอบเทียบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ประธานคณะกรรมการ
 (นายไพโรจน์ อึ้งโรภาส)



กรรมการ
 (นางสาวภัทริน โอภาสชัยทัตต์)



กรรมการ
 (นางสาวพนม ไสยจิตร)



กรรมการ
 (นางจริยา บุญจรชัชชะ)


กรรมการ
 (นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


กรรมการ
 (นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


กรรมการ
 (นายนฤเบศ เนินทอง)


กรรมการและเลขานุการ
 (นายกิตติพงศ์ ศิริสุธานันท์)


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 (นายสรารวุธ ชูกระชั้น)

