



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องกดนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว

1. เป็นเครื่องกดนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์
2. จอแสดงผลเป็นแบบ backlight หรือ backlit LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตัวอักษร 2 บรรทัด แบบมุมมองกว้าง
3. ปุ่มกดนับเป็นแบบ Soft Touch ไม่น้อยกว่า 12 ปุ่ม โดยใช้นับแบบนับรวม (Total) จำนวน 10 ปุ่ม และอีก 2 ปุ่ม จะไม่นับรวมกับจำนวนรวม เพื่อใช้นับเซลล์ NRBC และเซลล์อื่นที่ต้องการนับแยกแบบ NRBC
4. สามารถเลือกการแสดงผลเป็นแบบจำนวนนับและแบบเปอร์เซ็นต์ได้
5. มีปุ่มฟังก์ชันสำหรับกดลบจำนวนได้ในกรณีที่เกิดนับผิด โดยสามารถกดลบจำนวนแยกเป็นอิสระได้ทุกปุ่ม
6. มีเสียงตอบสนองทุกครั้งที่เกิดปุ่ม
7. มีเสียงเตือนเมื่อนับครบ 100 เซลล์
8. มีฟังก์ชันสำหรับคำนวณ WBC correction ได้อัตโนมัติ
9. มีปุ่มเฉพาะสำหรับกดเพื่อเริ่มการนับรายใหม่ (Clear)
10. แต่ละปุ่มสามารถนับได้ไม่น้อยกว่า 999 เซลล์
11. มีคู่มือการใช้งานจำนวน 1 ชุด
12. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตได้
13. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
14. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอกาส)


.....กรรมการ
(นายวรา วรงค์)


.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


.....กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงษ์ ศิริสุธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)