



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ตู้ LAMINAR FLOW

1. เป็นตู้ปลอดเชื้อชนิดปล่อยลมลงตามแนวดิ่ง ช่วยป้องกันตัวอย่างจากการปนเปื้อนขณะปฏิบัติงาน ที่ผลิตตามมาตรฐานความสะอาดของอากาศภายในตู้ ISO Class 5 หรือ Class100 (Fed209E)
2. โครงสร้างภายนอกตู้ทำด้วยโลหะสแตนเลสหรือโลหะเคลือบสี กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 1,300x750x1,650 มิลลิเมตร โครงสร้างภายในตู้ทำด้วยโลหะสแตนเลส เกรด 304 ไม่เป็นสนิม กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 1,140x650x520 มิลลิเมตร พร้อมล้อเลื่อนเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
3. ด้านหน้าตู้เป็นกระจกใส ชนิด Tempered Glass สามารถ เลื่อนขึ้น-ลงได้
4. ชุดกรองอากาศ (Filter) ประกอบด้วย
  - 4.1 มีระบบกรองอากาศเบื้องต้น (Pre-filter) อยู่ด้านล่างตู้เพื่อสะดวกในการทำทำความสะอาดและถอดเปลี่ยน
  - 4.2 ชุดกรองอากาศภายในตู้ เป็น HEPA Filter หรือ ULPA Filter มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออง ขนาด 0.3 ไมโครเมตร ได้ไม่น้อยกว่า 99.99%
5. มีอัตราความเร็วลมภายในตู้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.3 เมตรต่อวินาที โดยสามารถปรับความเร็วลมได้
6. มีหลอดไฟ UV lamp ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ และมีหลอดไฟให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า 300 ลักซ์
7. ในขณะปฏิบัติงานมีเสียงดังไม่เกิน 65 เดซิเบล
8. มีปุ่มกดสั่งงาน (Control Panel) อยู่ด้านหน้าของตัวตู้สามารถควบคุมค่าต่างๆ ดังนี้
  - 8.1 การทำงานของพัดลม
  - 8.2 การทำงานของหลอดไฟให้แสงสว่าง
  - 8.3 การทำงานของหลอดไฟ UV lamp
9. มีระบบความปลอดภัยป้องกันแสง UV โดยเมื่อเปิดหลอดไฟให้แสงสว่างหลอด UV จะไม่ทำงาน
10. มีเก้าอี้สำหรับนั่งปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน มีพนักพิง สามารถปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว
11. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
12. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรท์ ได้
13. รับประกันคุณภาพ 1 ปี พร้อมบริการตรวจสอบสภาพของเครื่องทุก 6 เดือน ในระหว่างการรับประกัน
14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 13485 และ ISO 14001
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
17. ส่งมอบ ติดตั้งและทดสอบจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์ที่กำหนด


  
.....ประธานคณะกรรมการ  
(นายไพโรจน์ อึ้งโสภาส)

  
.....กรรมการ  
(นายวรา วงศ์)


  
.....กรรมการ  
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

  
.....กรรมการ  
(นางศศิพร ช่อลำไย)

  
.....กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)



.....กรรมการ  
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)



.....กรรมการ  
(นายนฤเบศ เนินทอง)



.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุธานันท์)



.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายสรารุธ ชูกระชั้น)

