


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 90 ลิตร


1. เป็นเครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 90 ลิตร ขนาดตัวเครื่องภายในมีขนาดไม่น้อยกว่า 600x500x300 มิลลิเมตร (ยาว x กว้าง x สูง) ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 60 ลิตร
2. ตัวเครื่องเป็นแบบ Oscillating tank โครงสร้างภายในทำจากสแตนเลสเกรด 316 หนาประมาณ 2 มิลลิเมตร และภายนอกทำจาก สแตนเลสเกรด 304
3. สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 1 ถึงไม่น้อยกว่า 30 นาที และสามารถทำงานต่อเนื่องได้และมีระบบ Degas พร้อมไฟ หรือจอแสดงการทำงานของเครื่อง
4. สามารถตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส และ Heater มีขนาดไม่ต่ำกว่า 1950วัตต์
5. คลื่นความถี่สูงที่ใช้ในการทำงานไม่น้อยกว่า 35 kHz สามารถขับเคลื่อนเป็นแบบ PZT- transducers ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,000 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 หัว
6. มีท่อ และ วาล์วน้ำทิ้ง
7. ตัวเครื่องมีที่จับสำหรับเคลื่อนย้าย และมีฝาปิด
8. มีกระแสไฟฟ้ารั่วขณะใช้งานไม่เกิน 3.5 mA
9. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
  - 9.1 ตะกร้าสแตนเลส ขนาดเหมาะสมกับขนาดตัวเครื่องภายใน จำนวน 1 ใบ
  - 9.2 แผ่นทดสอบคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 ก้อน
  - 9.3 น้ำยาทำความสะอาดสำหรับใช้กับเครื่องล้างคลื่นความถี่สูง จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ลิตร
  - 9.4 ขาดังเครื่องล้างคลื่นความถี่สูงพร้อมติดตั้งพัดลมระบายความร้อน
  - 9.5 สายยางทนอุณหภูมิสูง มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร
10. ผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดข้อ 1 – 6 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
11. ใช้ไฟฟ้า 220 - 230 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
12. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
13. มีคู่มือการใช้เครื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่าง 1 ชุด
14. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่เครื่อง
15. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
16. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานคณะกรรมการ  
(นายไพโรจน์ ชำรงโอภาส)


.....กรรมการ  
(นายวรา วรงค์)


.....กรรมการ  
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


.....กรรมการ  
(นางศศิพร ช่อลำไย)

.....กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนชญญะกุล)

.....กรรมการ  
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

.....กรรมการ  
(นายณฤเบศ เนินทอง)

  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)

  
.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

