



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ลิตร


1. เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า สามารถควบคุมอุณหภูมิ ด้วยระบบ Electronic PID controller หรือ Microprocessor และแสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. โครงสร้างภายนอกทำด้วยโลหะสแตนเลสหรือโลหะเคลือบสี และภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส มีขนาดภายในไม่น้อยกว่า 590x350 มิลลิเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 190 มิลลิเมตร มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 45 ลิตร มีระบายน้ำออกจากตัวเครื่อง
3. มีฝาปิด-เปิดทำด้วยโลหะสแตนเลสมีลักษณะเป็นทรงจั่ว (gable cover)
4. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึงไม่น้อยกว่า 95 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
5. มีค่า Temperature accuracy หรือค่า Temperature fluctuation ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.1 องศาเซลเซียส
6. สามารถตั้งความเร็วรอบในการเขย่าได้ตั้งแต่ 35 ถึงไม่น้อยกว่า 160 รอบ/นาที
7. มีระบบความปลอดภัยของเครื่อง เมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่ตั้ง
8. มีถาดเขย่าที่ทำจากโลหะสแตนเลสไม่เป็นสนิมสำหรับวาง rack ได้
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
10. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
11. รับประกันคุณภาพ 2 ปี
12. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสอบเทียบที่อุณหภูมิ 41.5 องศาเซลเซียส และมีค่า uncertainty ไม่เกิน ± 0.2 องศาเซลเซียส ณ สถานที่ใช้งาน จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
 - 12.1 ครั้งที่ 1 สอบเทียบ ณ วันสงมอบ
 - 12.2 ครั้งที่ 2 สอบเทียบครบ 1 ปี นับจากวันสงมอบ
 - 12.3 ครั้งที่ 3 สอบเทียบครบ 2 ปี นับจากวันสงมอบ
13. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
14. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
15. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้ดี
16. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ดี พร้อมใบรับรองผ่านการสอบเทียบ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



 ประธานคณะกรรมการ
 (นายไพโรจน์ ช่างโสภาส)


 กรรมการ
 (นายวรา วงศ์)



 กรรมการ
 (นางสาวพนม ไสยจิตร)


 กรรมการ
 (นางศศิพร ช่อลำไย)



 กรรมการ
 (นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)




.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)



.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)



.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสุราษฎร์ ชูกระชั้น)

