


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่างและความชื้น ความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร


1. เป็นตู้ควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่าง และความชื้น โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 20°C ถึงไม่น้อยกว่า 60°C ในสภาวะทำงานร่วมกับความชื้นและแสงไฟ
2. มีจอแสดงสถานะการทำงาน บริเวณหน้าเครื่อง
3. ตัวเครื่องสามารถควบคุมความชื้นได้ตั้งแต่ 15 ถึงไม่น้อยกว่า 75 % RH มีค่า Humidity fluctuation with illumination ไม่เกิน ± 2.5 % RH หรือ มีค่า setting accuracy ไม่เกิน 0.5%
4. มีหลอดไฟที่สามารถให้ความเข้มแสงสูงสุดไม่น้อยกว่า 13,000 lux
5. ตัวตู้มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร มีขนาดภายใน (กว้าง x สูง x ลึก) ไม่น้อยกว่า 970 x 1200 x 575 มิลลิเมตร และขนาดภายนอก (กว้าง x สูง x ลึก) ไม่น้อยกว่า 1200 x 1850 x 800 มิลลิเมตร
6. โครงสร้างผนังภายนอกและภายในตัวตู้ทำด้วยโลหะเคลือบสี หรือโลหะสแตนเลส
7. ประตูตู้มี 2 ชั้น ชั้นในทำจากกระจกสามารถมองเห็นตัวอย่างภายในได้ ประตูชั้นนอกทำจากโลหะเคลือบสี หรือโลหะสแตนเลส
8. มีชั้นวางตัวอย่างมาพร้อมเครื่องอย่างน้อยจำนวน 2 ชั้น ทำด้วยโลหะสแตนเลส
9. ควบคุมการทำงานเครื่องโดยระบบ MCS หรือ PID
10. ตัววัดอุณหภูมิภายในเป็นแบบ PT 100
11. ตัวเครื่องมีระบบความปลอดภัย มีสัญญาณไฟและเสียงเตือน ในกรณีที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าที่ตั้งไว้
12. สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้
13. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้
14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 series
15. มีใบ Works calibration certificate มาให้พร้อมจากโรงงานผู้ผลิต
16. ติดตั้งจนใช้งานได้พร้อมรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี ตามสภาพการใช้งานปกติ
17. มีคู่มือประกอบการใช้งานและบำรุงรักษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
18. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
19. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
20. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖1.




ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖2






ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


กรรมการ
(นางอวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคสิ)



กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


กรรมการ
(นางฉลา พัทธ์สินสุข)



กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....กรรมการ


(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)


.....กรรมการ

(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสรารุธ ชูกระชั้น)

ผู้ควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่างและความชื้น ความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร

