


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 6,200 กรัม พร้อมอุปกรณ์




1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง หน้าจอมีขนาดไม่น้อยกว่า 5.7 นิ้ว แสดงผลเป็นแบบ Color display สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ชัดเจน และเป็นระบบสัมผัสแบบ Touch screen มีปุ่มกดสำหรับเปิดและปิดที่หน้าจอของเครื่องชั่ง
2. สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 6,200 กรัม อ่านค่าได้ละเอียดไม่เกิน 0.01 กรัม มีค่า Repeatability ผิดพลาดไม่เกิน 0.01 กรัม และมีค่า Linearity ไม่เกิน 0.02 กรัม
3. สามารถหักค่าน้ำหนักถาวร (Tare range) ได้ตลอดช่วงการชั่ง
4. มีระบบวัดน้ำหนักแบบ Monobloc หรือ Monolithic weight cell
5. มีระบบป้องกันการชั่งน้ำหนักเกิน
6. งานชั่งมีขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 170 x 180 มิลลิเมตร
7. มีระบบปรับเครื่องให้ได้มาตรฐาน (ที่อยู่ภายในเครื่อง)
8. สามารถเลือกหน่วยในการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 10 หน่วย
9. สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ภายในเวลาไม่เกิน 1.5 วินาที
10. มี interface สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ผล
11. ส่วนควบคุมการทำงานมีพลาสติกคลุม
12. มีระบบช่วยเหลือผู้ใช้งานในการปรับลูกน้ำ พร้อมมีลูกน้ำจริง เพื่อเปรียบเทียบ
13. อุปกรณ์ประกอบเครื่องชั่ง
  - 13.1 กถ่องอะคริลิกที่ใช้ครอบเครื่องชั่งโดยมีขนาดที่สามารถใช้งานกับเครื่องชั่งได้
  - 13.2 มีเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA
  - 13.3 มีตุ้มน้ำหนักที่ได้มาตรฐานตาม OIML Class F1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำนวน 8 ขนาด คือ 1, 2, 5, 10, 20, 50 ,100 กรัม และ 5 กิโลกรัม ที่บรรจุแยกกล่องขนาดละ 1 ชั้น
  - 13.4 อุปกรณ์ประกอบของชุดตุ้มน้ำหนัก ดังนี้
    - 13.4.1 ที่คีบตุ้มน้ำหนัก 1 อัน
    - 13.4.2 แปรงปิด 1 อัน
    - 13.4.3 ถังมือจับตุ้มน้ำหนัก 1 คู่
14. เครื่องชั่งต้องได้รับการสอบเทียบ ณ สถานที่ติดตั้งเครื่องชั่ง จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO/IEC17025 จำนวน 2 ครั้ง
  - 14.1 ครั้งที่ 1 สอบเทียบก่อนวันส่งมอบ รวมทั้งบริการตรวจสอบสภาพและการทำงานของเครื่องชั่งโดยช่างของบริษัท
  - 14.2 ครั้งที่ 2 สอบเทียบครบ 1 ปี นับจากวันส่งมอบ รวมทั้งบริการตรวจสอบสภาพและการทำงานของ เครื่องชั่งโดยช่างของบริษัท
15. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องชั่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
16. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้





17. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
18. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CF
19. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
20. ผู้ขายเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรงหรือแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง
21. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
22. ส่งมอบเครื่องซึ่ง พร้อมใบรับรองผ่านการสอบเทียบเครื่องชั่งและตม้มน้ำหนัก และทดสอบจนเครื่องซึ่งสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


  
.....ประธานคณะกรรมการ  
(นายไพโรจน์ อารงโสภาส)


  
.....กรรมการ  
(นายวรา วรงค์)


  
.....กรรมการ  
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


  
.....กรรมการ  
(นางศศิพร ช่อสำเภา)

  
.....กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตน์ธัญญะกุล)

  
.....กรรมการ  
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

  
.....กรรมการ  
(นายนฤเบศ เนินทอง)

  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)

  
.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)

