




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง


1. เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง สามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่เหนืออุณหภูมิห้อง 5 องศาเซลเซียส ถึง ไม่น้อยกว่า 130 องศาเซลเซียส และมีหน้าจอแสดงผลที่ด้านหน้าเครื่องเป็นตัวเลขดิจิทัล สามารถวางบลิ้อคอลูมิเนียมในข้อ 5.1 และ 5.2 ได้พร้อมกัน
2. มีความถูกต้องเองอุณหภูมิ ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส ที่ 37 องศาเซลเซียส
3. มีค่า temperature uniformity เบี่ยงเบนไม่เกิน ± 1.0 องศาเซลเซียส ที่ 37 องศาเซลเซียส
4. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ หรือ PID ดิจิตอล
5. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
 - 5.1 บลิ้อคอลูมิเนียมสำหรับใส่หลอด 1.5/2.0 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 20 หลอด จำนวน 1 อัน
 - 5.2 บลิ้อคอลูมิเนียมสำหรับใส่หลอดขนาด 15 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 12 หลอด จำนวน 1 อัน
6. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้
7. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
8. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
10. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
11. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอภาส)



.....กรรมการ
(นายวรา วรงค์)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนชัยญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุท ชูกระชั้น)

