

ทว. 27/51

ทว. 126/60

ทว. 149/61


ทว. 188/62


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา


1. เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาอยู่ในช่วงไม่น้อยกว่า 47 - 75 มิลลิเมตร
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.61
2. เลนส์ตามีกำลังขยาย 10x จำนวน 1 คู่
3. เลนส์วัตถุเป็นชนิดป้องกันเชื้อรา ประกอบด้วยขนาด 4x ,10x ,40x และ 100x
4. แท่นวางตัวอย่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม ติดตั้งแข็งแรงกับตัวกล้องพร้อมที่ยึดสไลด์ สามารถเลื่อนสไลด์ในแนวแกน X และแกน Y ได้
5. มีปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียดชนิดแกนรวม (Coaxial)
6. เลนส์รวมแสงเป็นชนิด Abbe Condenser ค่า NA เท่ากับ 1.25 พร้อม Diaphragm
7. ระบบไฟเป็นชนิด Halogen ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.62
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.62



.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอภาส)



.....กรรมการ
(นางมาลี สิริานุสนธิ์)


.....กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)



.....กรรมการ
(นายสราวุธ ชูกระชั้น)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนชญะกุล)


.....กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)


.....กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนูนไธสง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงษ์ ศรีสุธานันท์)


.....กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)