




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้อบความร้อน ขนาดความจุ 720 ลิตร

1. เกินตู้อบความร้อนแบบใช้ความร้อนแห้งในการฆ่าเชื้อ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 720 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ microprocessor มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. ตัวตู้ภายนอกทำด้วยโลหะเคลือบสีหรือโลหะสแตนเลส มีประตูแบบ 2 บาน ทำจากโลหะชนิดเดียวกับตัวตู้ ผนังภายในตู้ทำด้วยโลหะสแตนเลส มีชั้นวางของทำด้วยโลหะสแตนเลส จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น และสามารถถอดเข้าออกหรือปรับระดับได้
3. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 12 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง ถึงไม่น้อยกว่า 300 องศาเซลเซียส
4. มีค่า temperature variation ของอุณหภูมิไม่เกิน 2.5 องศาเซลเซียสหรือเคลวิน ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
5. มีพัดลมภายในตู้ช่วยกระจายความร้อน
6. มีสัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ตั้งไว้ หรือมีระบบควบคุมอุณหภูมิเกินกว่าที่ตั้งไว้
7. มีโปรแกรมการตั้งเวลาทำงานดังนี้
 - 7.1 ตั้งเวลาให้ตู้อบทำงานแบบต่อเนื่องได้
 - 7.2 ตั้งหน่วงเวลาการเปิดเครื่อง
 - 7.3 ตั้งเวลาเปิด และปิด เฉพาะอุณหภูมิที่ใช้งาน โดยตู้จะทำงานตามเวลาที่กำหนด
8. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
9. ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส ได้
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN 12880
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
12. รับประกันคุณภาพ 1 ปี. และบริการตรวจสอบทุก 6 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบในระหว่างรับประกัน
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
15. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอกาส)



กรรมการ
(นายวรา วรงค์)



กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



กรรมการ
(นางศศิพร ซอล้าย)


กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)


กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุทรานันท์)


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารวุธ ชูกระชั้น)