




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
โต๊ะรักษาและผ่าตัด ชนิดสแตนเลส


1. เป็นโต๊ะสำหรับตรวจรักษาโรคสัตว์และใช้ในการผ่าตัด มีลักษณะตามรูป
2. ทำจากสแตนเลสขนาด กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 60x110x80 เซนติเมตร
3. ขอบโต๊ะยกตัวสูงจากพื้นโต๊ะทั้ง 4 ด้าน ป้องกันของเหลวไหลออกนอกโต๊ะ
4. มีระบายของของเหลวไหลลงถึงน้ำหรือท่อน้ำทิ้ง
5. มีตะขอด้านข้างตามแนวยาวอย่างน้อย 6 จุด เพื่อบังคับสัตว์
6. มีรูสำหรับใส่เสาน้ำเกลือ 2 รูอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของหัวโต๊ะและสามารถล็อคเสาน้ำเกลือได้พร้อมเสาให้น้ำเกลือ 1 เสา
7. มีที่วางถาดน้ำรองรับของเหลวไหลตรงรระบายของไหล พร้อมถาดน้ำสแตนเลสขนาดปากถาดน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร
8. ขาโต๊ะสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้
9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
10. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


  
.....ประธานคณะกรรมการ  
(นายไพโรจน์ ชำรงโอกาส)


  
.....กรรมการ  
(นายวรา วรงค์)


  
.....กรรมการ  
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


  
.....กรรมการ  
(นางศศิพร ช่อลำไย)

  
.....กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)

  
.....กรรมการ  
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

  
.....กรรมการ  
(นายนฤเบศ เนินทอง)

  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)

  
.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)

