



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวิเคราะห์หาความชื้น (Moisture Balance)


1. เป็นเครื่องหาความชื้นของสารได้ทั้งของแข็งและของเหลวด้วยหลักการ การให้ความร้อนด้วยแสง จากหลอดฮาโลเจน
2. หน้าจอแสดงผลเป็นแบบกราฟฟิค LCD หรือเป็นตัวเลขดิจิทัล ชนิด VFD สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
3. สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 50 องศาเซลเซียส ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส และสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้ครั้งละไม่เกิน 1 องศาเซลเซียส
4. สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 45 กรัม ความละเอียดของการรับน้ำหนักได้ถึง 0.001 กรัม มีค่าความละเอียดของการวัดความชื้นได้ถึงร้อยละ 0.01
5. มีค่า Repeatability ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 เมื่อใช้ตัวอย่าง 5 หรือ 10 กรัม
6. สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมด้วยตนเอง
7. สามารถใช้งานเครื่องมือได้ภายในห้องที่มีอุณหภูมิระหว่าง 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส
8. งานสำหรับใส่ตัวอย่างมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 85 มิลลิเมตร
9. สามารถรายงานผลในรูปแบบกราฟได้จากหน้าจอของเครื่องหรือผ่านการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
10. สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานและการทำอุณหภูมิได้อย่างน้อยอย่างละ 3 โปรแกรม
11. มี Port แบบ RS 232
12. ได้รับการสอบเทียบความชื้น 2 จุด %ความชื้น ณ จุดความชื้นที่ผู้ซื้อกำหนด ณ สถานที่ใช้งาน จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
13. มีเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้าของเครื่องมือ
14. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทย 1 ฉบับ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
15. รับประกันคุณภาพ 1 ปี และบริการตรวจสอบสภาพเครื่อง 2 ครั้ง ในระหว่างการรับประกันนับจากวันส่งมอบ
16. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ หรือ 240 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
17. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 9001
18. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
19. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
20. ส่งมอบ ติดตั้ง พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)



กรรมการ
(นายวรา วงศ์)



กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)


กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญกุล)


กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

