


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เตาเผาอุณหภูมิสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ลิตร


1. เป็นเตาเผาอุณหภูมิสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ลิตร มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิแบบตัวเลขดิจิทัล
2. สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 50 องศาเซลเซียส ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,100 องศาเซลเซียส
3. สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 9 โปรแกรมซึ่งแต่ละโปรแกรมสามารถตั้งค่าอุณหภูมิ เวลา และตั้งอัตราเพิ่มของอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่วง
4. ประตูด้านหน้าแบบเปิดจากด้านล่างขึ้นด้านบน หรือเปิดจากบนลงล่าง เพื่อป้องกันความร้อนแก่ผู้ใช้งาน
5. สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าในการทำงานได้
6. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
  - 6.1 ถังมือสำหรับจับถ้วยเผาออกจากเตา จำนวน 2 คู่
  - 6.2 คีมสำหรับจับถ้วยเผาออกจากเตา ความยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร จำนวน 2 อัน
  - 6.3 ถาดทำจากเซรามิกสำหรับรองภาชนะเผาที่มีขนาดเหมาะสมกับเครื่องมือ จำนวน 1 อัน
  - 6.4 ถ้วยสำหรับเผาสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,100 องศาเซลเซียส ขนาดปากกว้างประมาณ 50 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 32 มิลลิเมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 29 มิลลิลิตร พร้อมฝา จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด
  - 6.5 ถ้วยสำหรับเผาสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,100 องศาเซลเซียส ขนาดปากกว้างประมาณ 50 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 72 มิลลิลิตร พร้อมฝา จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด
7. ได้รับการสอบเทียบอุณหภูมิตั้งที่ 1,000 องศาเซลเซียส และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  $\pm 5$  องศาเซลเซียส ณ สถานที่ใช้งาน จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ได้
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี พร้อมบริการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง 2 ครั้ง ในระหว่างการรับประกันนับจากวันส่งมอบ
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
14. ส่งมอบพร้อมใบรับรองผ่านการสอบเทียบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


  
ประธานคณะกรรมการ  
(นายไพโรจน์ ชำรงโอภาส)


  
กรรมการ  
(นายวรา วงศ์)


  
กรรมการ  
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


  
กรรมการ  
(นางศศิพร ช่อสำโย)

  
กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)

  
กรรมการ  
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

  
กรรมการ  
(นายนฤเบศ เนินทอง)

  
กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิติพงษ์ ศิริสุธานันท์)

  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)

