



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องดูดของเหลวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic pipette)**


1. เป็นเครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบช่องเดียวปริมาตรตั้งแต่ 500 ถึงไม่น้อยกว่า 5,000 ไมโครลิตร ทำงานด้วยไฟฟ้ามีจอภาพแสดงการทำงานของเครื่อง
2. มีความถูกต้องที่ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน ± 8.0 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 5,000 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.8 เปอร์เซ็นต์
3. มีความแม่นยำที่ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน ± 3.0 เปอร์เซ็นต์ ที่ปริมาตร 5,000 ไมโครลิตร ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.3 เปอร์เซ็นต์
4. มีโปรแกรมทำงานหลักอย่างน้อย 8 โปรแกรม
5. มีตัวปลดหีบ
6. มีแบตเตอรี่แบบ Li-Polymer หรือ Li-ion
7. อุปกรณ์ประกอบ
 - 7.1 อุปกรณ์สำหรับตั้งปีเปิด จำนวน 1 ชุด
 - 7.2 อุปกรณ์ชาร์จที่สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้ จำนวน 1 ชุด
8. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 90001
9. เป็นเครื่องที่ผ่านการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามระบบ ISO 17025 ที่ปริมาตร 500, 2,500 และ 5,000 ไมโครลิตร
10. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
11. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาจำนวน 1 ชุด
12. ผู้ขายจะต้องสอนการใช้เครื่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. ส่งมอบเครื่องพร้อมใบผ่านการสอบเทียบตามข้อ 9 และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


 ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอกาส)


กรรมการ
(นายวรา วงศ์)


กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)

กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

กรรมการ
(นายอนุเบศ เนินทอง)

กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงษ์ ศิริสุ THANANT)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารัฐ ชุกระชั้น)