



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นท่าแผล ชนิดสแตนเลส


1. เป็นรถเข็นสำหรับท่าแผล 1 ชั้น 1 ล้อขับเคลื่อน ขนาดตัวรถเข็นกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 40 x 50 x 80 เซนติเมตร (มีลักษณะตามรูป)
2. โครงสร้างทั้งหมดทำจากโลหะสแตนเลส
3. เสาทำจากโลหะสแตนเลสทอกกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร
4. ด้านบนมีช่องสำหรับใส่กล่องสำลีและมีที่รัดขวดทำจากโลหะสแตนเลส
5. ด้านล่างมีถาดวางของแบบมีขอบ 1 ชั้น และมีราวกันป้องกันของหล่น 3 ด้าน
6. มีล้อขับเคลื่อนความลึก (สูง) ไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร พร้อมมือจับ
7. มีมือจับสำหรับเข็นท่าแผลจากโลหะสแตนเลส
8. มีล้อ 4 ล้อทำจากไนลอนหรือยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
10. ส่งมอบ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


 ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอกาส)


 กรรมการ
(นางสาวกัทริน โอภาสชัยทัตต์)


 กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


 กรรมการ
(นางสาวสุติกานต์ จิรกิตติสุนทร)

 กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนชญญะกุล)

 กรรมการ
(นายอุตร ศรีแสง)

 กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)

 กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวภิรมภรณ์ เกื้อนถ้ำแก้ว)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรawat ชูกระชั้น)

