


**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ตู้เก็บสารเคมี ประเภทไวไฟ**

1. เป็นตู้เก็บสารเคมี ประเภทไวไฟ ประกอบด้วย
  - 1.1 ตัวตู้
  - 1.2 ระบบกำจัดไอสารเคมี
2. ตัวตู้มีลักษณะดังนี้
  - 2.1 โครงสร้างผนังภายนอกเป็นเหล็กเคลือบสีอีพอกซี ขนาดภายนอกของตู้มีขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร x 500 มิลลิเมตร x 1,230 มิลลิเมตร
  - 2.2 โครงสร้างผนังภายในเป็นไม้เมลามีนสีขาว ขนาดภายในของตู้ กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร x 400 มิลลิเมตร x 1,150 มิลลิเมตร
  - 2.3 ผนังมีฉนวนกันความร้อน
  - 2.4 มีประตูเปิด-ปิด และสามารถล็อกได้
  - 2.5 สามารถระบายอากาศได้โดยมีช่องอากาศเข้าและช่องระบายออกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร
  - 2.6 ตัวตู้จะปิดระบบระบายอากาศอัตโนมัติ เมื่อมีอุณหภูมิภายนอกสูงถึง 47 องศาเซลเซียส หรือกรณีเกิดไฟไหม้
  - 2.7 มีชั้นวางปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น แต่ละชั้นรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม พร้อมถาดรองรับของเหลวด้านล่างสุด
3. ระบบกำจัดไอสารเคมี
  - 3.1 มีแผ่นกรองซึ่งผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน NFX 15-211
  - 3.2 มีหน้าจอร์หรือไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง ชนิดแผ่นกรองที่ใช้งาน และแสดงว่ามีแผ่นกรองภายในพร้อมใช้งาน
  - 3.3 มีแผ่นกรองเบื้องต้น สามารถกรองอนุภาคมากกว่า 3 ไมครอน มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 92 %
  - 3.4 ใช้การดักจับไอสารเคมีด้วยแผ่นกรอง Carbon หรือ Charcoal filter โดยสามารถดักจับ organic vapors หรือ corrosive หรือ vapour inorganic หรือ organic solvents
  - 3.5 ระบบกำจัดไอสารเคมีติดตั้งบริเวณส่วนบนของตู้พร้อมมีพัดลมดูดอากาศติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง
  - 3.6 มีอัตราการเร็วในการกรองอากาศไม่น้อยกว่า 86 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
4. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
5. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
6. รับประกันคุณภาพ 2 ปี และบริการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานทุก 6 เดือน นับจากวันส่งมอบในระหว่างการรับประกัน
7. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่

ดิฉฉฉ


8. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้  
 9. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


  
 .....ประธานคณะกรรมการ  
 (นายไพโรจน์ ชำรงโอกาส)


  
 .....กรรมการ  
 (นางสาวภัทรีน โอภาสชัยทัตต์)


  
 .....กรรมการ  
 (นางสาวพนม ไสยจิตร)


  
 .....กรรมการ  
 (นางสาวฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร)

  
 .....กรรมการ  
 (นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

  
 .....กรรมการ  
 (นายอุตร ศรีแสง)

  
 .....กรรมการ  
 (นายนฤเบศ เนินทอง)

  
 .....กรรมการและเลขานุการ  
 (นางสาวภิรมภรณ์ เกื่อนถ้ำแก้ว)

  
 .....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 (นายสรารุช ชูกระชั้น)