


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้ดูดควันพิษชนิดกำจัดไอกรด


1. เป็นตู้ดูดควันพิษชนิดกำจัดไอกรด ประกอบด้วย
 - 1.1 ตัวตู้
 - 1.2 ระบบท่อดูดควัน
2. ตัวตู้มีลักษณะดังนี้
 - 2.1 ตัวตู้มีขนาดความกว้างxสูงxลึก ไม่น้อยกว่า 80x120x70 เซนติเมตร
 - 2.2 โครงสร้างทำจากเหล็กกล่อง ขนาดประมาณ 50x25 มิลลิเมตร ความหนาของเหล็กประมาณ 2 มิลลิเมตร พ่นท้บด้วยอีพ็อกซี่
 - 2.3 พื้นตู้ดูดควันและผนังด้านหลังทำจาก Phenolic resin หรือทำจากไฟเบอร์กลาส
 - 2.4 ผนังด้านซ้ายและขวา ทำจากกระจกนิรภัย ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร หรือทำจากไฟเบอร์กลาส ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
 - 2.5 ด้านหน้าเป็นประตูทำจากกระจกนิรภัย ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลง ได้
3. ระบบท่อดูดควันมีลักษณะดังนี้
 - 3.1 ท่อดูดควัน ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ หรือไฟเบอร์กลาส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ติดตั้งจากตัวตู้สู่ออกอาคาร ปลายท่อมีความสูงเหนืออาคารไม่น้อยกว่า 3 เมตร และติดตั้งอุปกรณ์กันนกและกันน้ำฝนที่ปลายท่อ
 - 3.2 ตัวพัดลมทำจากโพลีโพรพิลีน หรือไฟเบอร์กลาส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว กำลังมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.37 kW
4. ภายในตู้ติดตั้งไฟส่องสว่าง
5. มีสวิทช์เปิด-ปิด ไฟ สวิทช์เปิด-ปิด พัดลม และเต้าเสียบไฟฟ้าชนิดปลั๊กคู่ อย่างละ 1 ชุด
6. ผู้ขายต้องติดตั้ง Breaker พร้อมเดินสายไฟ
7. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
8. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
9. รับประกันคุณภาพ 2 ปี พร้อมบริการตรวจสอบการทำงานของเครื่องทุก 6 เดือน ในระหว่างการรับประกัน นับจากวันส่งมอบ
10. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่
12. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอกาส)


.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


.....กรรมการ
(นางสาวภัทริน โอกาสชัยหัตต์)



.....กรรมการ
(นางสาวฐิติกานต์ จีรกีตติสุนทร)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวภิรมภรณ์ เกื่อนถ้ำแก้ว)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการ
(นายอุดร ศรีแสง)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรวิธ ชูกระชั้น)