

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ชุดอ่างล้างเครื่องแก้ว

1. เป็นชุดอ่างล้างเครื่องแก้ว มีลักษณะตามรูป ตัวตู้ทำด้วยโลหะสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร พับขึ้นรูป มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.75 x 1.50 x 0.90 เมตร(กว้าง x ยาว x สูง)และมีผนังด้านหลังเป็นโลหะสแตนเลส สูงไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
2. ส่วนบานประตูทำด้วยแผ่นโลหะสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร พับขึ้นรูป จำนวน 3 บาน พร้อมเจาะช่องระบายอากาศ พื้นที่บริเวณเหนือบานประตูเจาะช่องระบายอากาศขนาด 6 x 21 ซม. (กว้าง X ยาว) ตามรูป
3. มือจับทำด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 21 x 50 มิลลิเมตร ฝังอยู่ด้านบนของบานประตูทั้ง 2 ด้าน มี CHANNEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x 80 มิลลิเมตร ทำจากพลาสติก ABS ปิดทับ GRIP SECTION และมี LABEL CHANNEL สำหรับไว้ใส่ป้าย (CARD LABEL) พร้อมแผ่นพลาสติก LABEL COVER MARK ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 50 x 3 มิลลิเมตร ปิดทับ
4. บานพับของประตูตู้เป็นแบบสปริงล็อก ขนาดมาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 สามารถเปิดได้กว้างหลายระดับและเปิดได้กว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า 110 องศา
5. ด้านบนของตัวตู้ส่วนที่อยู่ด้านในสุด มีบัวกันน้ำ (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของตัวตู้กับผนังห้องเพื่อกันฝุ่นและกันน้ำที่จะไหลย้อนกลับไปด้านหลังตัวตู้
6. ตัวอ่างน้ำทำด้วยโลหะสแตนเลสแบบครอบ เกรด 316 L หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ขนาด 400 x 400 x 250 พื้นรอบอ่างกับตัวอ่างเป็นโลหะสแตนเลสแผ่นเดียวกัน
7. สะต้ออ่างและที่ดักกลิ้น (BOTTLE TRAP) พร้อมระบบน้ำทิ้งภายในตัวตู้ทั้งหมดทำด้วย POLYPROPYLENE การเชื่อมต่ออุปกรณ์และท่อต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบำรุงหรือประกอบได้ทุกแห่ง โดยไม่มีการเชื่อมต่อด้วยความร้อน
8. ก๊อกน้ำเป็นก๊อกชิงค์ยี่ห้อขึ้นจากตัวตู้ ทรงโค้งชนิดก้านปิด ทำด้วยโครเมียมอย่างดี ปลายก๊อกมีที่กันน้ำ กระเด็น ติดตั้งอ่างละ 1 ตัว
9. ส่งมอบติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๒๑

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๒๑

.....ประธานกรรมการ  
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

.....กรรมการ  
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)

.....กรรมการ  
(นางกิ่งดาว หมอแก้ว)

.....กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ  
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)


นาง วรรณ กรรมการ  
(นางธรรมวรรณ หนูนไธสง)

นายสุราษฎร์ กรรมการ  
(นายสุราษฎร์ ชูกระชั้น)

นาย กิตติพงษ์ กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)

นาง เกศยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

ขออนุมัติใช้สำหรับใบประมาณ 25.๒.



ชุดอย่างล้างเครื่องแก้ว

