

ทว. 97/58


ทว. 132/60

ทว. 241/62

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส สำหรับเก็บชีร์รี่

1. เป็นตู้แช่แข็งสามารถทำอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ -20 องศาเซลเซียส ถึง -40 องศาเซลเซียส มีหน้าจอบอกอุณหภูมิ เป็นตัวเลขไฟฟ้า เป็นแบบแนวตั้ง ด้านหน้าเป็นประตูทึบ ความจุภายในไม่น้อยกว่า 275 ลิตร มีล้อสำหรับ เคลื่อนย้าย
2. ตัวตู้ภายนอกทำด้วยโลหะเคลือบสี หรือโลหะสแตนเลส
3. มีฉนวนกันความร้อนทำด้วย high density fluorine free insulation หรือ Polyurethane
4. มีลิ้นชักวางของไม่น้อยกว่า 4 ชั้น
5. มีระบบ Manual Defrost หรือ Automatic defrost
6. มีระบบความปลอดภัยของตัวตู้ ดังนี้
 - 6.1 มีระบบสัญญาณแสงและเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิภายในตู้ผิดปกติ (สูงหรือต่ำเกินกว่าค่าที่กำหนด)
 - 6.2 มีสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่อง
 - 6.3 มีสัญญาณเตือนด้วยแสง เสียง และ รหัสข้อความในกรณี ความผิดปกติของ ระบบเซนเซอร์ และ แบตเตอรี่
 - 6.4 มีสัญญาณเตือนในกรณี ระบบไฟผิดปกติ
7. มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 Amp จำนวน 1 ชุด
8. ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485 และ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน CE Mark
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้
10. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างละ 1 ชุด
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. ส่งมอบ และทดลองงานใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2560





ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2562





(นายสมชาย วงศ์สมุทร)


ผู้ช่วยราชเลขาฯด้านตรวจสอบคุณภาพอาหารเข้านมและผลิตภัณฑ์นม
รักษาการกรมหมักผู้ชำนาญการสำนักตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์

 ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อังระโสภาส)


 กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)


 กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


 กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)

 กรรมการ
(นางศศิพร ซ่อลำไย)



.....กรรมการ
(นายณัฐพัชร์ บุญมีเกษมสันต์)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๕๕



(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

ผู้เขียนรายงานตรวจสอบคุณภาพน้ำกรมเลขาธิการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม

