

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อ่างควบคุมอุณหภูมิจนขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร

1. เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิตัวอ่างทำด้วยโลหะสแตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร
2. สามารถควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้องถึงไม่น้อยกว่า 95 องศาเซลเซียส
3. มีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงเกิน
4. มีฝาสำหรับเปิด-ปิดอ่าง
5. แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
6. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
7. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
10. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่อง จนสามารถปฏิบัติงานได้
11. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2552

(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์นม

กรมปศุสัตว์

.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อ่างโสภา)

.....กรรมการ
(นายวรา วงศ์)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)

.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

.....กรรมการ
(นายอนุเบศ เนินทอง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุทธนันท์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรราช ชูกระชั้น)