





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้เก็บสารเคมี ประเภทไวไฟ


1. เป็นตู้เก็บสารไวไฟทรงสูง 2 ประตู
2. ตัวตู้ มีลักษณะดังนี้
 - 2.1 ขนาดภายนอกของตู้มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร x 0.40 เมตร x 1.60 เมตร
 - 2.2 โครงสร้างตู้ทำจากเหล็กเป็นผนัง 2 ชั้น ตัวตู้ด้านนอกและประตูเป็นเหล็กเคลือบด้วยสีอีพ็อกซีหรือสีฝุ่น โพลียูรีเทน
 - 2.3 ประตูตู้สามารถล็อกได้
 - 2.4 ชั้นวางสามารถปรับระดับได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชั้นรวมชั้นล่าง
 - 2.5 ชั้นวางด้านล่างสุดมีช่องรองรับสารซึ่งช่วยกักเก็บสารที่รั่วไหล
 - 2.6 ประตูตู้สามารถปิดได้เอง
 - 2.7 ตัวเชื่อมบานพับประตู (Fusible link) สามารถละลายตัวเองได้ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้ประตูปิดอัตโนมัติ
3. มีช่องระบายอากาศ ในบริเวณทั้งสองด้านของตู้
4. มีคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
5. รับประกันคุณภาพ 2 ปี
6. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่
7. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
8. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
9. ส่งมอบ และทดลอง จนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ
(นายวรวิชัย วรอำศวปติ)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางสาวฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร)



.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวภิรมภรณ์ เกื่อนถ้ำแก้ว)


.....กรรมการ
(นางสาวภัทริน โอกาสชัยทัตต์)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการ
(นายอุดร ศรีแสง)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)