

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องส่องเจลแบบแสงสีน้ำเงิน (Blue light transilluminator)

1. เป็นแหล่งกำเนิดแสงสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมจากแผ่นเจล
2. มีแหล่งกำเนิดแสงแบบ LED ให้แสงจากด้านล่างและให้กำเนิดแสงแบบ visible
3. มีแผ่น Filter ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น คือ blue filter และ amber filter เพื่อตัดแสง
4. สามารถใช้กับแผ่นเจลขนาดไม่น้อยกว่า 17 x 12 เซนติเมตร
5. แสงไม่ทำลายสารพันธุกรรมและไม่ทำลายผิวหนัง
6. มีแว่นสำหรับช่วยในการกรองแสงในขณะตัดแผ่นเจลเพื่อสะดวกในการทำงาน
7. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 50-60 เฮิร์ตซ์ ได้
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
10. เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
11. ส่งมอบ และทดลองงานใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นายชัยวุฒิ วิสุทธิ)

.....กรรมการ
(นายกิตติชัย อุ่นจิต)

.....กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....กรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวธิดา โคมแสงทอง)

.....กรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....กรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอนุเบศ เนินทอง)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายพงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์)