

ทว. 17/58

ทว. 15/59

ทว. 53/60

ทว. 9/61

ทว. 44/62

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แบบตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร

1. เป็นตู้แช่แข็งชนิดตู้เย็น ขนาดความจุภายในไม่น้อยกว่า 480 ลิตร ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor
2. สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง -30 องศาเซลเซียส
3. ประตูตู้มีชั้นเดียว 2 บาน แบ่งเป็นชั้นบนและชั้นล่าง ภายนอกตู้ทำด้วยโลหะเคลือบสี ภายในตู้ทำด้วย Styrol Resin
4. ฉนวนเก็บความเย็นทำจากโพลียูรีเทนโฟม ชนิด CFC-Free
5. มีลิ้นชักพลาสติกใสของ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ใบ ทำด้วย Styrol Resin
6. สามารถปรับค่า Zero Adjustment ได้
7. คอมเพรสเซอร์เป็นชนิด Hermetic กำลังขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ใช้สารทำความเย็นชนิด CFC-Free
8. ใช้เทอร์มิสเตอร์เป็นตัวตรวจวัดอุณหภูมิ
9. มีระบบทำความเย็นเป็นแบบ Direct Cooling หรือเป็นชนิดที่มีการเดินท่อซึ่งช่วยให้ความเย็นกระจายโดยตรงในแต่ละชั้น
10. มีระบบละลายน้ำแข็ง พร้อมทั้งมี Defrost mark ภายในตัวตู้เพื่อแสดงว่าถึงเวลาที่จะต้องละลายน้ำแข็งแล้ว
11. มีระบบความปลอดภัยพร้อมสัญญาณเตือนดังนี้
  - 11.1 มีสัญญาณเตือนด้วยเสียงและแสงในกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และกรณีอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าที่ตั้งไว้ สามารถเลือกค่าความแตกต่างได้
  - 11.2 มีระบบป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่ตั้งไว้
  - 11.3 มีสัญญาณเตือน กรณีระบบตรวจวัดอุณหภูมิมีปัญหา (Thermal sensor) โดยเตือนในรูปสัญญาณเสียง และแสงเตือนตลอดจนรหัสข้อความเตือนที่จอแสดงค่าอุณหภูมิ
  - 11.4 มีหน่วยความจำต่างๆ ที่ได้ตั้งไว้ (Memory Back-Up)
12. ผู้ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485
13. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา จำนวน 1 ชุด
14. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
15. รับประกันคุณภาพ 1 ปี และบริการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องทุก 6 เดือนนับจากวันที่ส่งมอบในระหว่างการรับประกัน
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่
17. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.59




ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.62




ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.60




ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.61



 ประธานกรรมการ  
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

 กรรมการ  
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)

 กรรมการ  
(นางกิงดาว หมอแก้ว)

 กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

 กรรมการ  
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

.....กรรมการ  
(นางธรรมวรรณ หนูนไธสง)

.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)

.....กรรมการ  
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางเกศยา ศรีอำไพ)