


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 ตู้บ่มเชื้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร


1. เป็นตู้บ่มเชื้อที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor หรือ PID controller แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า และมีสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
2. ผนังด้านนอกของตัวตู้ทำด้วยโลหะสแตนเลส หรือโลหะเคลือบสี
3. ผนังด้านในของตัวตู้ทำด้วยโลหะสแตนเลส ภายในตู้มีชั้นวางทำด้วยโลหะสแตนเลส จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั้น สามารถนำเข้าและถอดออกจากตู้ได้ และปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ
4. มีประตูตู้แบบ 2 ชั้น ชั้นนอกทำด้วยโลหะสแตนเลส หรือโลหะเคลือบสี ชั้นในเป็นกระจกใสหรือวัสดุใส
5. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 65 องศาเซลเซียส มีค่า uniformity ผิดพลาดไม่เกิน ± 1 องศาเซลเซียส หรือมีค่า deviation ไม่เกิน ± 0.5 ที่ 37 องศาเซลเซียส
6. มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินที่ตั้งไว้
7. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
8. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง ISO 9000 series
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
13. ส่งมอบ และทดลอง จนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.61



ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.62





ประธานคณะกรรมการ
 (นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


กรรมการ
 (นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคสุลี)



กรรมการ
 (นางสาวพนม ไสยจิตร)



กรรมการ
 (นางฉลา พิทักษ์สินสุข)


กรรมการ
 (นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


กรรมการ
 (นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


กรรมการ
 (นายนฤเบศ เนินทอง)


กรรมการและเลขานุการ
 (นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธนันท์)


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 (นายสรารุช ชูกระชั้น)

