

รายละเอียดคุณลักษณะ
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)

1. เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Digital ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 11 ลิตร มีจอแสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. อ่างภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส ภายนอกทำด้วยโลหะเคลือบ
3. สามารถตั้งเวลาได้ไม่น้อยกว่า 99 ชม.59 นาที และตั้งหน่วงเวลาได้
4. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณหภูมิห้อง ถึงไม่น้อยกว่า 99 °C โดยมีค่าความถูกต้องผิดพลาดไม่เกิน ± 0.1 °C
5. มี Temperature Sensor เป็นชนิด PT100
6. มีระบบความปลอดภัย คือระบบป้องกันอุณหภูมิเกิน (Over Temperature Protection) , กระแสไฟเกิน (Over Current Protection) และความผิดปกติของเซ็นเซอร์ (Sensor Error Detector)
7. มีโหมดสำหรับป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งไว้ได้ (Locking Mode)
8. มีฝาปิดทำจากโลหะสแตนเลส จำนวน 1 ชุด
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CE หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
12. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน 1 ชุด
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนใช้งานได้ดี
15. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.62




ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.60



 ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อ่างโสภาส)

 กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

 กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)

 กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตน์ธัญญะกุล)

 กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)

อนุวัฒน์ กรรมการ
(นายณัฐพัชร บุญมีเกษมสันต์)

วิมล วัฒน กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)

กิตติพงษ์ กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)

สรารัฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)