

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องกวนผสมสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน

1. เป็นเครื่องกวนผสมสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน
2. แผ่นให้ความร้อนทำด้วย Ceramic มีพื้นที่ให้ความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 180 x 180 มิลลิเมตร
3. หน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า LED Digital display
4. มีหัววัดอุณหภูมิชนิด PT-1000 ที่สามารถวัดและควบคุมอุณหภูมิสารละลายได้โดยตรง
5. สามารถควบคุมอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 550 องศาเซลเซียส และมีค่า Accuracy ผิดพลาดไม่เกิน ± 1 องศาเซลเซียส
6. สามารถกวนสารละลายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,500 รอบต่อนาที
7. สามารถกวนสารละลายปริมาตรสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 10 ลิตร
8. มีระบบความปลอดภัยคือตัดไฟทันที (Safety cut - out) เมื่อแผ่นความร้อนมีอุณหภูมิสูงถึง 580 องศาเซลเซียส
9. หลังปิดการใช้งาน หากแผ่นความร้อนยังคงมีอุณหภูมิสูงเกิน 50 องศาเซลเซียส มีการแจ้งเตือน "HOT" บนหน้าจอ LED
10. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
 - Boss head 1 อัน
 - Support rod 1 อัน
 - Holding Rod 1 อัน
 - Magnetic bar 30 x 7 mm 2 อัน
11. สินค้าได้รับมาตรฐานระบบป้องกัน ตาม EN 60529: IP 21
12. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001/13485
13. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
14. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
16. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
17. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.62

[Signature]

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.61

[Signature]

[Signature] ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

[Signature] กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

[Signature] กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

[Signature] กรรมการ
(นางเฉลา พิทักษ์สินสุข)

[Signature] กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

[Signature] กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

[Signature] กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)

[Signature] กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธนันท์)

[Signature] กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)