


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่อง Homogenizer

1. เป็นเครื่องบดสลายตัวอย่าง หรือผสมสารที่มีปริมาตรน้อย สามารถรองรับตัวอย่างได้ตั้งแต่ 0.5 ถึงไม่น้อยกว่า 50 มิลลิลิตร
2. แกนหัวปั่นทำจากโลหะสแตนเลส เกรด 316 L สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ สามารถฆ่าเชื้อใน Autoclave ได้
3. สามารถทำความเร็ว ได้ตั้งแต่ 8,000 ถึงไม่น้อยกว่า 35,000 รอบต่อนาที และมีจอแสดงความเร็วแบบ LED
4. เครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน 0.7 กิโลกรัม
5. มีแกนปั่นสำหรับตัวอย่าง ขนาด 0.5 มิลลิลิตร – 50 มิลลิลิตร
6. มีขาตั้งพร้อมแท่นยึด
7. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
8. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
12. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)


.....กรรมการ
(นายวรา วงศ์)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


.....กรรมการ
(นางศศิพร ช่อลำไย)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงษ์ ศิริสุธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรawat ชูกระชั้น)

