


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตาเผาไฟฟ้า ขนาดความจุ 45 ลิตร

1. เป็นเตาเผาไฟฟ้าชนิด 2 ชั้น แบบตั้งโต๊ะ สามารถตั้งอุณหภูมิและเวลาเป็นตัวเลขในการใช้งานและตั้งเวลาปิดได้ มีจอแสดงค่าของอุณหภูมิจริงของห้องเผาเป็นตัวเลขมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส
2. เตาเผา มีขนาดภายนอก กว้าง x สูง x ลึก ไม่เกิน 60 x 80 x 70 เซนติเมตร โดยมีขนาดความจุของห้องเผาไม่น้อยกว่า 45 ลิตร ขนาดกว้าง x สูง x ลึก ไม่น้อยกว่า 36 x 36 x 36 เซนติเมตร
3. มีชั้นวางของที่สามารถถอดออกได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั้น ทำจากแผ่นวัสดุทนความร้อนสูง แข็งแรงไม่เป็นโลหะ
4. สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 100 ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียส
5. มีขดลวดให้ความร้อน (Heating element) ฝังซ่อนอยู่ในผนังด้านในไม่น้อยกว่า 2 ด้าน
6. มีช่องระบายไอของสารปนเปื้อนทางด้านบนหรือด้านหลังของเตา
7. มีช่องสำหรับใส่อุปกรณ์ของเครื่องวัดอุณหภูมิในการสอบเทียบ
8. มีช่องว่างระหว่างตัวเตาเผาและชุดควบคุมอุณหภูมิ เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนจากเตาเผาไปรบกวนชุดควบคุมอุณหภูมิ
9. มีระบบนิรภัย สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้เอง หากมีการเปิดประตูเตาเผาและมีระบบเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินที่ตั้งไว้
10. มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรโดย Circuit breaker หรือ fuse
11. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - 12.1 โต๊ะสำหรับวางเตาเผาสูง 45-50 เซนติเมตร กว้างกว่าเตาเผา โดยรอบไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร โครงสร้างทำจากโลหะเคลือบกันสนิมหรือโลหะสแตนเลสที่แข็งแรง รองรับน้ำหนักเตาเผาและน้ำหนักตัวอย่างได้
 - 12.2 คีมสำหรับจับถ้วยเผาออกจากเตา ความยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร
12. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
13. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต หรือไฟฟ้า 3 เฟสได้โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินไฟ 3 เฟส
14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
15. รับประกันคุณภาพ 1 ปี พร้อมบริการตรวจสอบสภาพเครื่องทุก 6 เดือน ในระหว่างการรับประกันนับจากวันส่งมอบ
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
17. ส่งมอบพร้อมใบรับรองผ่านการสอบเทียบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕%





ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโอกาส)


กรรมการ
(นางสาวภัทรีน โอกาสชัยทัตต์)



กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการ


(นางจริยา บุญจรรัชชะ)

.....กรรมการ


(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

.....กรรมการและเลขานุการ


(นายกิติพงษ์ ศิริสุธานันท์)

.....กรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ

(นายนฤเบศ เบนทอง)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสรารวุธ ชูกระชั้น)

