



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โทร.๐-๒๙๖๗-๙๗๐๐ ต่อ ๑๒๐๑

ที่ กษ ๐๖๑๑/๓๕๕๓

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๖)

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

444

กล่องข้อความ: เลขที่รับที่ ๒๐๐๗

วันที่ 22 มิ.ย. 2563

เวลา 13.๒๖

4

สำนักตรวจสอบคุณภาพ  
สินค้าปศุสัตว์ (สตส.)

เลขที่รับ 15๗1

วันที่ 2.4 มิ.ย. 2563

เวลา 16.10

ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้โปรดมีคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๙๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ และให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน และที่ขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป นั้น


คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ซึ่งเป็นของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ โดยขออนุมัติ จำนวน ๘ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน ๘ รายการ หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ


รายการที่	ชื่อรายการครุภัณฑ์	หน่วยงาน	รหัสคณะกรรมการฯ	หมายเหตุ
๑.	กล้องจุลทรรศน์ชนิด Phase Contrast พร้อมจอแสดงผลและอุปกรณ์	สทป.	คว.๓๔/๖๔	คว.๑๔๔/๖๓
๒.	เครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์อสุจิ	สทป.	คว.๓๕/๖๔	คว.๑๒๓/๖๓
๓.	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	สทป.	คว.๓๖/๖๔	คว.๑๙๖/๖๓
๔.	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	สทป.	คว.๓๗/๖๔	คว.๑๙๗/๖๓ (แก้ไข)
๕.	เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร	สทป.	คว.๓๘/๖๔	คว.๑๕๔/๖๓
๖.	เครื่องเขย่าผสมสารละลายในไมโครเพลท ชนิดเขย่าได้ ๔ เพลท	สสช.	คว.๓๙/๖๔	คว.๒๖/๖๓
๗.	เครื่องแยกดีเอ็นเอแบบแวนอน	สสช.	คว.๔๐/๖๔	
๘.	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -๘๐ องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๑๕ ลิตร	สสช.	คว.๔๑/๖๔	คว.๑๗๓/๖๓

- อนุมัติ  
- ให้ดำเนินการตามระเบียบราชการโดยเคร่งครัด


  
(นายสรวิศ ธานีโต)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

  
.....ประธานกรรมการ  
(นางพัชรี ทองคำคุณ)  
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


  
.....กรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนชัยกุล)


  
.....กรรมการ  
(นายอดลย์ เพิ่มผล)


  
.....กรรมการ  
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

  
.....กรรมการ  
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)


  
.....กรรมการ  
(นางสาวประภัสสร ภัคดี)


  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวภิรมภรณ์ เกื้อนถ้ำแก้ว)


  
.....กรรมการ  
(นายโอพาร กิจปรีดาบริสุทธิ)


  
.....กรรมการ  
(นายกมล ชวีวรรณ)

  
.....กรรมการ  
(นายสุขุม สนธิพันธ์)

  
.....กรรมการ  
(นายอุดม ศรีแสง)

  
.....กรรมการ  
(นายพหล งามสมตระกูลชาติ)

  
.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายสราวุธ ชูกระชั้น)

  
.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นายนฤเบศ เนินทอง)

  
(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)  
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  
๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

แบบบันทึกรายชื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์	เลขที่ spec		หน่วยงานที่ ขอ	จำนวน ยี่ห้อ	จำนวน ผู้ขาย
		เดิม	ใหม่			
๑.	กล้องจุลทรรศน์ชนิด Phase Contrast พร้อมจอแสดงผลและอุปกรณ์	คว.๑๕๔/๖๓	คว.๓๔/๖๔	สทป.	๓	๓
๒.	เครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์อสุจิ	คว.๑๒๓/๖๓	คว.๓๕/๖๔	สทป.	๓	๓
๓.	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	คว.๑๕๖/๖๓	คว.๓๖/๖๔	สทป.	๓	๓
๔.	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้	คว.๑๕๗/๖๓ (แก้ไข)	คว.๓๗/๖๔	สทป.	๓	๓
๕.	เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร	คว.๑๕๔/๖๓	คว.๓๘/๖๔	สทป.	๓	๓
๖.	เครื่องเขย่าผสมสารละลายในไมโครเพลท ชนิดเขย่าได้ ๔ เพลท	คว.๒๖/๖๓	คว.๓๙/๖๔	สสช.	๓	๓
๗.	เครื่องแยกดีเอ็นเอแบบแนวนอน		คว.๔๐/๖๔	สสช.	๓	๓
๘.	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -๘๐ องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๑๕ ลิตร	คว.๑๗๓/๖๓	คว.๔๑/๖๔	สสช.	๓	๓

.....*พัชรี ทองคำคุณ*.....ประธานกรรมการ  
 (นางพัชรี ทองคำคุณ)  
 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์