

G001/67


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยาสกัดแยก DNA จากเนื้อเยื่อสัตว์

G001/68

G001/69


1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับใช้ในการสกัดแยกสารพันธุกรรมจากตัวอย่างที่เป็นเนื้อเยื่อสัตว์
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 High Pure Filter Tube
 - 2.2 Proteinase K, recombinant PCR grade
 - 2.3 Buffers ดังนี้
 - 2.3.1 Tissue Lysis Buffer
 - 2.3.2 Binding Buffer
 - 2.3.3 Inhibitor Removal Buffer
 - 2.3.4 Wash Buffer
 - 2.3.5 Elution Buffer
 - 2.4 Collection Tube
 - 2.5 เอกสารแนะนำการใช้งาน
3. สามารถใช้สกัดตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ (Expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุ และบนขวด Reagent ทุกชนิดภายในชุดน้ำยา ยกเว้นข้อ 2.1 2.4 และ 2.5
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 5.1 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of Quality) ของ Lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบและรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 5.2 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่สามารถสาธิตการใช้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย
 - 5.3 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 ถึง 25 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖8


(นายอุดม เจือจันทร์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖9



..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)


..... กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)


..... กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์