

G004/67

G 004/68

G004/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยาตรวจแยกชนิดเนื้อแพะโดยวิธี Real-time PCR

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเนื้อแพะในตัวอย่างอาหารหรืออาหารสัตว์หรือวัตถุดิบโดยวิธี Real-time PCR
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
2.1 Master mix
2.2 Positive control
2.3 เอกสารแนะนำการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเนื้อแพะ โดยใช้ไพรเมอร์ที่มีความเฉพาะเจาะจง
3.2 สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมที่ระดับต่ำสุด (Detection limit หรือ LOD) ไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์หรือ 10 GE หรือต่ำกว่า
3.3 ชุดน้ำยามี Internal control หรือ Internal positive control
3.4 สามารถวิเคราะห์ได้ไม่น้อยกว่า 48 reactions
3.5 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง Real-time PCR รุ่น Lightcycler® 480 ที่ผู้ใช้อยู่ได้
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
5.1 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of Quality) ของ Lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบและรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
5.2 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่สามารถสาธิตการใช้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหากที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย
5.3 ชุดทดสอบต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
5.4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69





(นายอุดม เจือจันทร์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)


รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)


กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)


กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์