

G010/67

G010/68

G010/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดนํ้ายาทดสอบ *Staphylococcus aureus* enterotoxins

1. เป็นชุดทดสอบสำหรับหา *Staphylococcus aureus* enterotoxins A, B, C, D และ E หรือ SEA, SEB, SEC, SED และ SEE ในอาหารโดยใช้หลักการ Enzyme immunoassay
2. ใน 1 ชุดประกอบด้วย
 - 2.1 Microtiter plate หรือ Solid Phase Receptacle (SPR) ที่ถูก coated ด้วย antibody ซึ่งจำเพาะกับ enterotoxin
 - 2.2 Negative control
 - 2.3 Positive control
 - 2.4 Wash buffer, Conjugate, Substrate/Chromogen และ Stop solution หรือ Reagent strip (บรรจุ Pre-wash solution, Wash solution, Conjugate และ Substrate)
 - 2.5 Concentrated extraction buffer (ถ้าจำเป็นต้องใช้งานร่วมกัน)
 - 2.6 คู่มือการใช้งาน
3. ชุดทดสอบได้รับการรับรองจาก AOAC หรือได้รับการ Validate โดย USDA
4. มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ (Expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ข้างภาชนะบรรจุอย่างชัดเจน และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 5.1 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 5.2 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่สามารถสาธิตการใช้ ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ภายหลังการขาย
 - 5.3 เก็บรักษาที่อุณหภูมิประมาณ 2-8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙


..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



..... (นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)


..... กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)


..... กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙


..... (นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


..... (นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์