

G023/67


G023/68

G023/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดทดสอบสำหรับตรวจหาสารต้านจุลชีพในน้ำมันด้วยวิธี Diffusion

1. เป็นชุดทดสอบสำหรับการตรวจหาสารต้านจุลชีพ (ยาปฏิชีวนะ) ตกค้างในน้ำมันด้วยวิธี Diffusion
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 หลอดทดสอบ 100 Ampoules ต่อกล่อง
 - 2.2 เอกสารแนะนำการใช้งาน
3. เป็นชุดทดสอบที่ใช้แบคทีเรียกลุ่ม *Bacillus stearothermophilus* เป็นตัวทดสอบ
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือนนับจากวันส่งมอบโดยระบุวันหมดอายุ (Expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 5.1 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of Quality) Lot ที่ส่งมอบในวันที่ส่งมอบและรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
 - 5.2 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งต้องมีหลักฐานแสดงที่อยู่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
 - 5.3 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่วิชาการที่สามารถสาธิตการใช้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย
 - 5.4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-15 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘



..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




(นายอุดม เจือจันทร์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์




..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




..... กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์