

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Dispenser, 20 - 100 mL

G051/67

G051/68

G051/69

1. เป็น Dispenser มีจุดปิดที่ปากตัวจ่ายสารละลาย หรือมีวาล์วเพื่อป้องกันการระเหยของสารภายในกระบอกได้
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 สามารถใช้กับตัวทำละลายอินทรีย์ (Organic solvent) ได้
 - 2.2 มีขีดบอกระดับปริมาตรมองเห็นชัดเจน สามารถปรับเพิ่ม หรือลดปริมาตรได้ครั้งละไม่เกิน 2.0 มิลลิลิตร
 - 2.3 มีค่าความเที่ยง (Precision หรือ Random error) ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.1 เปอร์เซ็นต์
มีค่าความแม่นยำ (Accuracy หรือ Systematic error) ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 เปอร์เซ็นต์
3. สามารถจ่ายสารละลายได้ตั้งแต่ 20 - 100 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีใบรับรองผ่านการสอบเทียบ (Calibrated certificate) จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในวันส่งมอบ
 - 4.2 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๑

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์