

G052/67

G052/68

G052/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
pH electrode for Mettler Toledo pH meter, Open junction

1. เป็น Electrode ชนิด Combination pH electrode ใช้วัด pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อ
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 สามารถวัดค่า pH ในช่วง 1 – 11 และวัดอุณหภูมิที่ 0 – 80 องศาเซลเซียสได้
 - 2.2 หัววัดค่า pH มีลักษณะเป็นแบบ Open junction และชนิดของ Electrolyte เป็นแบบ XEROLYT®EXTRA polymer
 - 2.3 มีสายเคเบิลแบบ MultiPin หรือ S7
 - 2.4 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ยาว 25 มิลลิเมตร
 - 2.5 สามารถใช้กับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Mettler Toledo ที่มีอยู่เดิมได้
3. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
4. มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of quality) แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งในวันส่งมอบ
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์




ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

2

รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)




กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์