

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Dispenser for concentrated acids, 1 - 10 mL

1. เป็นตัวจ่ายสารละลาย มีจุดปิดที่ปากตัวจ่ายสารละลายหรือมีระบบวาล์วเพื่อป้องกันการกระเหยของสารภายในกระบอกและมีขีดบอกระดับปริมาตรมองเห็นได้ชัด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 มีค่า accuracy ที่ผิดพลาด (inaccuracy หรือ systematic error) ไม่เกิน ± 0.5 เปอร์เซ็นต์และมีค่า precision ที่ผิดพลาด (imprecision หรือ random error หรือ %CV) ไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์
 - 2.2 มีค่าความละเอียดในการปรับปริมาตร (subdivision หรือ separation) ไม่เกิน 0.2 มิลลิลิตร
 - 2.3 สามารถใช้กับกรดเข้มข้นได้ เช่น hydrochloric acid 20-37 เปอร์เซ็นต์ nitric acid 30-70 เปอร์เซ็นต์ sulfuric acid 98 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น
3. สามารถจ่ายสารละลายได้ตั้งแต่ 1 - 10 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



 (นายอุดม เจือจันทร์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์





 ประธานกรรมการ
 (นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)


 รองประธานกรรมการ
 (นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)


 กรรมการ
 (นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)


 กรรมการและเลขานุการ
 (นายเกรียงไกร เกื้อกุล)


 (นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์