

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Sample tube for amino acid analysis, 6 x 50 mm


1. เป็นหลอดสำหรับบรรจุสารละลาย ในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์กรดอะมิโน ด้วยเครื่อง HPLC ยี่ห้อ Waters
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ทำจากแก้ว borosilicate
 - 2.2 สามารถใช้งานร่วมกับ PicoTag work station ที่ผู้ใช้มีอยู่ได้
3. มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มิลลิเมตรและความยาวของหลอด 50 มิลลิเมตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 72 ชิ้นต่อแพ็ค
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์