

G100/67

G100/68

G100/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Glass insert with plastic spring, 150 µL

1. เป็นหลอดสำหรับบรรจุสารตัวอย่างที่มีปริมาณน้อย
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจากแก้ว มีสปริงทำด้วยพลาสติกติดไว้ที่ก้นหลอด
 - 2.2 สามารถใส่ในขวดสารตัวอย่างขนาด 2 มิลลิลิตรสำหรับเครื่อง HPLC ได้
3. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 บรรจุ 100 ชิ้นต่อกล่องในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๕๘

(นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

..... กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

..... กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

(นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๕๙

(นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์