

G101/67

G101/68

G101/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
Glass Insert, flat bottom, 300 µL

1. เป็นหลอดสำหรับบรรจุสารตัวอย่างที่มีปริมาณน้อย ปลายหลอดด้านล่างปิดสนิทชนิดเรียบแบน สำหรับใส่ในขวดสารตัวอย่างขนาด 2 มิลลิลิตร
2. ทำจากแก้ว
3. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
  - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  - 4.2 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
  - 4.3 บรรจุ 100 ชิ้นต่อกล่อง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..๖๘

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ  
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

..... รองประธานกรรมการ  
(นางสาวเนาวรัตน์ กัญศิริ)

..... กรรมการ  
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

..... กรรมการ  
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..๖๙

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์