

G102/67

G102/68

G102/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Insert Vial for Autosampler, amber, crimp top, 250 µL, 12 x 32 mm

1. เป็นขวดแก้วทรงกระบอกมี Insert ยึดติดกับขวด
2. ขวดทำจากแก้วสีชา ปากขวดแบบ Crimp top และมี Insert กันลักษณะโค้งเป็นรูปกรวยหรือตัว U
3. มีขนาดประมาณ 12 x 32 มิลลิเมตร ปากขวดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 11 มิลลิเมตร Insert มีความจุไม่น้อยกว่า 250 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
 - 4.2 บรรจุ 100 ชิ้นต่อแพ็คในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์




..... ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




..... กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์