

G129/67


G129/68

G129/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Cryotube, internal thread, 2.0 mL

1. เป็นหลอดสำหรับเก็บตัวอย่างพร้อมฝาปิด สามารถตั้งได้ มีขีดบอกปริมาตรและตัวเลข
อยู่ข้างหลอดชัดเจน
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 หลอดทำด้วยพลาสติกชนิด Polypropylene ฝาเป็นแบบฝาเกลียวใน ถูกออกแบบให้
สามารถหมุนปิดได้สนิทโดยไม่มีการรั่วซึม
 - 2.2 ผ่านการฆ่าเชื้อตามระดับ Sterility assurance level (SAL) ที่ 10^{-3} หรือ 10^{-6}
 - 2.3 สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ถึง 121 องศาเซลเซียสได้
3. หลอดมีขนาด กว้าง x ยาว ประมาณ 12.5 x 49 มิลลิเมตร และสามารถบรรจุปริมาตรตัวอย่าง
1.8 - 2.0 มิลลิลิตรได้
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของผลิตภัณฑ์ Lot ที่ส่งมอบจาก
บริษัทผู้ผลิตแนบมาพร้อมในวันที่ส่งมอบสินค้า
 - 4.2 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68.



(นายอุดม เจือจันทร์)



ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)




กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์