

G134/67

G134/68


G134/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Pipette tip, 200 µL

1. เป็น Pipette tip มีลักษณะรูปกรวยปลายเรียวแหลม
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene.
 - 2.2 สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ได้
 - 2.3 สามารถใช้งานร่วมกับ Micropipette ขนาด 20 100 และ 200 ไมโครลิตรที่มีอยู่ได้โดยไม่รั่วซึม
3. มีขนาดความจุ 200 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างให้ผู้ทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
 - 4.2 บรรจุ 1,000 ชิ้นต่อแพ็ค
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๕




(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)




กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์