

G162/67

G162/68

G162/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Syringe membrane filter, PVDF Hydrophilic, 0.22 μ m, 13 mm

1. เป็นตัวกรอง สำหรับกรองสารละลายก่อนเข้าเครื่อง HPLC
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เนื้อแผ่นกรองเป็นชนิด Polyvinylidene Fluoride (PVDF) มีรูพรุนขนาด 0.22 ไมโครเมตร ตัว Housing ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene
 - 2.2 มีพื้นที่สำหรับกรองไม่น้อยกว่า 0.5 ตารางเซนติเมตร
 - 2.3 สามารถทนแรงดันขณะกรองได้ไม่น้อยกว่า 7 bar
 - 2.4 สามารถใช้งานร่วมกับ Syringe ได้ โดยมีข้อต่อชนิด Female luer lock inlet ให้ยึดติดกับ Syringe
3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 13 มิลลิเมตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2 ระบุชนิดแผ่นกรองและขนาดรูพรุนบนตัว Housing อย่างชัดเจน บรรจุในภาชนะมีฝาปิดสนิทและมีสารป้องกันความชื้น ข้างภาชนะมีฉลากแสดงรายละเอียดของสินค้าอย่างชัดเจน
 - 4.3 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 20 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 - 4.4 บรรจุไม่เกิน 100 ชิ้นต่อกล่อง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69



..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




(นายอุดม เจือจันทร์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์




.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



.....กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



.....กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)




.....กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์