

G178/67

G178/68
G178/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระดาดูดซับสารชนิดม้วน 0.60 x 50 เมตร


1. เป็นกระดาดูดซับสารสำหรับบูโตะในห้องปฏิบัติการ
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ผิวชั้นบนทำจากกระดาดกรอง ผิวชั้นล่างทำจาก Polyethylene
 - 2.2 สามารถดูดซับน้ำได้อย่างน้อย 0.75 ลิตรต่อตารางเมตรหรือ 195 กรัมต่อตารางเมตร
3. มีลักษณะเป็นม้วน ขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 0.60 x 50 เมตร
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘



(นายอุดม เจือจันทร์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)


..... กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)


..... กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙


(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์